



- IoTコントローラー、無線LAN、IoTゲートウェイは本システムの専用ネットワークとなります。ナースコールやHISとは別のネットワークとして構築してください。
- IoTゲートウェイの数は検知エリア数により異なります。
- 無線LANアクセスポイントの数はIoTゲートウェイの設置場所により異なります。
- タグの電池交換は弊社にて行います。(電池残量低下時には親機を呼出ます)
- ナースコールサーバー、NICSS親機、Riefia親機、Riefia制御機は対応したバージョンをお使いください。
- 機器外觀、機器名称、システム構成は予告なく変更する場合があります。